

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23234 от « 20 » 07 2018г.

1. Наименование пробы: 1. Гипс медицинский
(наименование пробы в соответствии с НД)
 2. Заказчик: ООО «ВОЛМА» филиал «ВОЛМА-Волгоград» ИНН: 3446019364
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: Договор № 1911 от 17.05.2018г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: ООО «ВОЛМА» филиал «ВОЛМА-Волгоград», 461343, Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, кааб. 2
 5. Место, где производился отбор проб: ООО «ВОЛМА» филиал «ВОЛМА-Волгоград», 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: заказчиком
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы — 28.06.2018г. час. 10 мин. 00
 8. Дата и время доставки пробы — 28.06.2018г. час. 16 мин. 45
 9. Код работы: 820.Д.1911.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: фактическое значение
 11. НД на метод отбора: ГОСТ 18321-73
 12. Дополнительные сведения: -
- Изготовитель: ООО «ВОЛМА» филиал «ВОЛМА-Волгоград»
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: 09.06.2018г Номер партии: - Объем партии -
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: -
- Условия транспортировки: автотранспорт
- Условия хранения: -
- Другие сведения: -
- Пробы отобраны: заказчиком

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ (должность, ФИО) Рогачева С. Н.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ подпись Астапова В.В. Ф.И.О.



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: 820. Д 1911.1

Дата поступления в лабораторию: 29.06.18

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:



Наименование пробы (образца): 1. Гипс медицинский

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 238

Определяемые показатели	Результаты	НД на методы испытаний
Местное кожно-раздражающее действие	0 баллов	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
Раздражающее действие на слизистые оболочки	0 баллов	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
Сенсибилизирующее действие	0 баллов	МУ № 1.1.578-96

Дата выдачи результата испытаний: 18.07.2018

Испытания проводил

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-лаборант	Жукова Т.Н.	
Биолог	Неделько Е.А.	

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории

Павлова Н.В.
Фамилия ИО


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 2 стр. 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 23254 от 20.07.2018г.

Исследован образец продукции Гипс медицинский, изготовитель: ООО «ВОЛМА» филиал «ВОЛМА – Волгоград», Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128.
По результатам лабораторных испытаний установлено: местное кожно-раздражающее действие 0 баллом, Раздражающее действие на слизистые оболочки 0 баллов, Сенсибилизирующее действие 0 баллов.

Зав. отделением по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене
должность



Подгайнова Е.Н.
ФИО

/ 
подпись